

BİLİMSEL  
ÇALIŞMALARDA  
KULLANIMA  
UYGUNDUR

## CTP SPLIT DISK TEST CİHAZI

### Standartlar

ISO-12709, BS-1394, BS-5480

CTP Split Disk Test Cihazı **ISO-12709, BS-1394, BS-5480** standartlarına uygun olarak CTP (GRP) boru halkalarının görünen çekme mukavemetinin tespiti için kullanılır. Borudan elde edilen halka örneğinin çapsal çekme mukavemetini belirler.



TÜRKİYE

+90 212 924 56 52

ALARGE Aliç Ağacı Mak. Elek. Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.

Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cd. YTÜ Teknopark D2 Blok No: 2B01 Davutpaşa - İstanbul/TÜRKİYE

Faks: +90 212 278 61 33 Mail: info@alarge.com.tr



## ÖZELLİKLERİ

- ✓ Dakikada 1'den 30 mm'ye kadar ayarlanabilen test hız ayarı
- ✓ 300 mm'den 4.000 mm'ye kadar ölçüm
- ✓ Özel yük ölçüm sensör tipi (20.000kgf x 2)
- ✓ 40.000 kg maksimum kuvvet kapasitesi
- ✓ 2 hidrolik silindir (çap 110 mm, maksimum çalışma basıncı 250 bar, maksimum strok 220 mm) tarafından tahrik edilen palet bilyeli devridaim cihazlarında mobil kızak



## TEKNİK VERİLER

- Epsilon, Elastiklik modülü, Sigma, F (kuvvet) değerleri otomatik olarak gösterilir.
- 1,5-2 cm derinliğinde kanallar.
- Yüksek pozisyon hassasiyetli.
- İstenilen hız ayarlanabilir
- Sabit hızda açılma.
- PLC ile elektronik kontrol.



# RAPOR ÖRNEĞİ

